

BMB Laboratorij Brcković

Čulinečka cesta 87

10040 ZAGREB

NARUDŽBENICA br. 10060001, 16.06.2010

Poštovana gospodo,

Molimo Vas da izvršite umjeravanje sljedećih mjerila:

1. Manometar WIKA, 0/10 bar, kl. 0,6, s.br.2203251
2. Manometar HAENNI, 0/250 bar, kl. 0,25, s.br. BE 254
3. Vakuummetar TECSIS, -1/0 bar, kl. 1,0, s.br. YWER21340

Umjernice naslovite na vlasnika:

PODRAVKA d.d.

A. Starčevića 32, 48000 KOPRIVNICA

Uslugu ispitivanja sukladnosti izvršite za mjerila:

1. Manometar WIKA, 0/16 bar, kl. 1,6, s.br. BR 023
2. Manovakuummetar WIKA, -1/+15 bar, kl.1,0, s.br. AV 234

Izvješća o ispitivanju sukladnosti naslovite na vlasnika:

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Prilaz baruna Filipovića 25, 10000 ZAGREB

Uslugu ovjeravanja izvršite za mjerila:

1. Manometar za gume, EWO, 0/10 bar, kl.1.0, s.br.ZV 232

Izvješća naslovite na:

AutoZubak d.o.o., PJ02 Sesvete

Ljudevita Posavskog 7a, 10360 Sesvete

Ukoliko neki od predanih mjerila nije ispravan molimo Vas da kontaktirate:

g. Ivan Horvat, 095/5555-555

Srdačan pozdrav,

Ime, potpis, žig